Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Hahnstraße 11
DE-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: + 49 7720/83 41 - 0
Telefax: + 49 7720/2 18 68
Deutschland · Germany · Allemagne

E-Mail: info@kaefer-messuhren.de
Internet: www.kaefer-messuhren.de

Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG · 78054 Villingen-Schwenningen

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen / Durchwahl	Datum
		Jürgen Hauser / 21	Januar 2025

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
und
RÜCKFÜHRBARKEITSBESTÄTIGUNG

für Käfer Messuhren und Messuhrengeräte
gültig vom **01.01.2025** bis **01.05.2027**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass unsere Produkte in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Normen und technischen Daten entsprechen.

Wir bestätigen, dass die bei der Prüfung dieses Produkts verwendeten Prüfmittel, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001:2015 wie im Kapitel 7.1.5 für das Prüfmittelmanagement gefordert, auf nationale Normale rückführbar sind und die Prüfmittel in regelmäßigen geeigneten Intervallen überprüft und dokumentiert werden.

Alle Messuhren und Messuhrgeräte werden einer Genauigkeitskontrolle sowie einer Endkontrolle mit Sichtprüfung auch mechanischer Funktionen unterzogen (100%-Kontrolle).
Die Rückführbarkeit der verwendeten Prüfnormale auf nationale Normale der DKD bzw. der PTB gemäß DIN/ISO 9001:2015 ist gewährleistet. Die aktuelle Rückführung auf den nationalen Längenstandard erfolgt über:

D08 0545 MFP-30 BV/335262/5188 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0550** MFP-100.02 BV/100633/FMS 80656/10/23, **D08 0592** MFP-30 BV/313094/ FMS 83928/06/24,**D08 0620** MFP-100.02 BV/100300/5186 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0668** OPTIMAR 100 Vollautomat / FMS 83927/06/24, **D08 0711** MFP-30 BV/274363/5183 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0712** MFP-30 BV/274362/FMS 83929/06/24, **D08 0855** MFP-100 BV/256266/ 5187 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0860** MFP-30 BV/291389/FMS 83933/06/24, **D08 0870** MFP-30 BV/266430/FMS 82757/04/24, **D08 0871** MFP-30 BV/100221/MTK 15/09/24, **D08 0889** MFP-100 BV/1218/00/5185 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0893** MFP-30 BV/349766/FMS 83930/06/24, **D08 0894** MFP-30 BV/335272/FMS 83926/06/24, **D08 0895** MFP-30 BV/335265/FMS 83931/06/24, **D08 0900** MFP-30 BV/100776/5189 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0902** MFP-30 BV/335270/FMS 83932/06/24,**D08 0917** MFP-50 BV/340164/FMS 83934/06/24, **D08 0871** MFP-30 BV/100221/MTK 15/09/24 **S08 0986** MFP-30 BV/100322/FMS 36377/09/15,**S08 0987** MFP-30 BV/100500/FMS 7955/06/09.

KÄFER Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

i.A. Herr Hauser

Leiter der Qualitätssicherung (QMB)

ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert