Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG · Hahnstraße 11 · 78054 Villingen-Schwenningen

Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Hahnstraße 11
DE-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: + 49 7720/83 41 - 0
Telefax: + 49 7720/2 18 68
Deutschland · Germany · Allemagne

E-Mail: info@kaefer-messuhren.de
Internet: www.kaefer-messuhren.de

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen/Durchwahl	Datum
		Jürgen Hauser / 21	Januar 2025

PRÜFBESCHEINIGUNG

gültig von **01.01.2025** bis **01.05.2027**

Die für Sie gefertigten Messuhren und Messuhrgeräte werden nach Folgenden schriftlich fixierten Normen

hergestellt und justiert:

- Standardmessuhren mit 0,01 mm Skalenteilungswert und max. 10 mm Messbereich: DIN EN ISO 463 / DIN 878:2006.
- Standardmessuhren mit 0,01 mm Skalenteilungswert und Messbereich von 20 und 30 mm, Käfer Werksnorm 90014.
- Standardmessuhren mit 0,01 mm Skalenteilungswert und mehr als 30 mm Messbereich: Käfer Werksnorm 90002.
- Standardmessuhren mit 0,1 mm Skalenteilungswert: Käfer Werksnorm 90004.
- Feinmessuhren Serie FEINIKA mit 0,001 mm Skalenteilungswert und 0,1 mm Zeigerumdrehung: Käfer Werksnorm 90010.
- Standardmessuhren mit 0,001 mm oder 0,002 mm Skalenteilungswert und 0,2 mm Zeigerumdrehung: Käfer Werksnorm 90001.
- Fühlhebelmessgeräte K 30 - K 48: DIN 2270.
- Fühlhebelmessgeräte in Sonderausführung: Käfer Werksnorm 90040.
- Standard-Feinzeiger Compika: DIN 879-1.
- Dickenmessgeräte nach Werksnorm oder Kundenanforderung.

Alle Messuhren und Messuhrgeräte werden einer Genauigkeitskontrolle sowie einer Endkontrolle mit Sichtprüfung auch mechanischer Funktionen unterzogen (100%-Kontrolle).
Die Rückführbarkeit der verwendeten Prüfnormale auf nationale Normale der DKD bzw. der PTB gemäß ISO 9001:2015 ist gewährleistet. Die aktuelle Rückführung auf den nationalen Längenstandard erfolgt über:

D08 0545 MFP-30 BV/335262/5188 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0550** MFP-100.02 BV/100633/FMS 80656/10/23, **D08 0592** MFP-30 BV/313094/ FMS 83928/06/24,**D08 0620** MFP-100.02 BV/100300/5186 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0668** OPTIMAR 100 Vollautomat / FMS 83927/06/24, **D08 0711** MFP-30 BV/274363/5183 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0712** MFP-30 BV/274362/FMS 83929/06/24, **D08 0855** MFP-100 BV/256266/ 5187 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0860** MFP-30 BV/291389/FMS 83933/06/24, **D08 0870** MFP-30 BV/266430/FMS 82757/04/24, **D08 0871** MFP-30 BV/100221/MTK 15/09/24, **D08 0889** MFP-100 BV/1218/00/5185 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0893** MFP-30 BV/349766/FMS 83930/06/24, **D08 0894** MFP-30 BV/335272/FMS 83926/06/24, **D08 0895** MFP-30 BV/335265/FMS 83931/06/24, **D08 0900** MFP-30 BV/100776/5189 D-K-15131-01-00 - 2024-06, **D08 0902** MFP-30 BV/335270/FMS 83932/06/24,**D08 0917** MFP-50 BV/340164/FMS 83934/06/24, **D08 0871** MFP-30 BV/100221/MTK 15/09/24 **S08 0986** MFP-30 BV/100322/FMS 36377/09/15,**S08 0987** MFP-30 BV/100500/FMS 7955/06/09.

KÄFER Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

i.A. Herr Hauser

Leiter der Qualitätssicherung (QMB)

ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert